

检 验 报 告

[2019] WSZ FHL 第 0407 号

共 2 页 第 1 页

产品名称	一次性无纺布口罩 (蓝色)	规格型号	AACN9705
		商 标	M&G
委托单位/地址/联系电话	上海晨光文具股份有限公司/上海市奉贤区金钱公路 3469 号/—		
生产单位/地址/联系电话	厦门丽厦医疗科技有限公司		
样品等级	—	样品编号	GW 0407-2019
样品数量	40 只	送样日期	2019 年 05 月 31 日
检验类别	委托检验	批号/货号	20190601
检验时间	2019/06/03~2019/06/13	检验地点	本公司检验室
样品状态	符合检测要求		
检验依据	Q31/0120000003C103-2019《防护口罩》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	样品经检验, 所检项目符合 Q31/0120000003C103-2019 标准规定的要求, 检验结论为合格。 签发日期: 2019 年 6 月 18 日		
备 注	本报告仅对来样负责 		

批 准: 苏 晓 群

审 核: 陈 慧 芬

主 检: 浦 朝 峰

检 验 结 果

[2019] WSZ FHL 第 0407 号

共 2 页 第 2 页

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	单 位	技 术 要 求	检 测 结 果		单 项 评 价
1	基本要求	—	口罩应能覆盖佩戴者的口鼻部，应具有良好的面部贴合性； 口罩应便于佩戴和摘除，在佩戴过程中无明显的压迫感或压痛现象，对头部活动影响较小。	符合要求		合 格
2	材料	—	所用材料应无异常气味，不应使用再生料、含高毒性、致癌性或潜在致癌物质以及已知的可导致皮肤刺激或其它不良反应的材料。	符合要求		合 格
3	外观	—	口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。	符合要求		合 格
4	缝制要求	—	线迹顺直、均匀，松紧一致，无明显歪斜。	符合要求		合 格
5	鼻夹	—	鼻夹应可弯折。	符合要求		合 格
6	视野	—	≥60°	80.1°		合 格
7	口罩带	—	每根口罩带与口罩体连接处的断裂力应不小于10N	未预处理	施加轴向拉力至 10N, 持续 10s 未出现断裂、滑脱或变形	合 格
				预处理	施加轴向拉力至 10N, 持续 10s 未出现断裂、滑脱或变形	
8	过滤效率	—	细菌过滤效率应不小于95%	97.6		合 格
9	气流阻力	—	在气体流量为85L/min的条件下，立体无纺布口罩的吸气阻力不得超过343.2Pa（35mmH ₂ O）。	未预处理	90.7	合 格
					91.0	
				预处理	89.6	
					89.3	
备注						

以下空白